

NTI-TSS

I preformati

NTI TSS STANDARD

Di solito, per l'utilizzo notturno, il sistema Standard viene adattato dal medico per ottenere una dimensione verticale ed orizzontale appropriate unitamente al massimo comfort per il paziente.

NTI TSS STANDARD DVR (dimensione verticale ridotta)

In confronto al tipo Standard, l'elemento di disocclusione (ED) è stato ridotto verticalmente oltre che accorciato a livello labiale. Anche la faccia labiale è stata ridotta in spessore.
Il sistema standard DVR è indicato di solito per un uso notturno quando l'altezza del modello standard è troppo elevata.
Vantaggi: rende il lavoro ancora più facile permettendo di risparmiare tempo. Non si deve nemmeno fare più lo sforzo di modellare l'elemento di disocclusione.

NTI TSS STANDARD LARGE

Il sistema "Standard Large" ricopre 4 denti invece che i 2 ricoperti dai sistemi Standard e Standard a dimensione verticale ridotta, il che consente una maggior ritenzione.
Per esempio quando gli incisivi sono stati accorciati in modo significativo (o sembrano troppo piatti) o anche quando un incisivo è del tutto mancante.

NTI TSS DAYTIME

Il sistema NTI-tss Daytime è indicato quando il paziente ha bisogno di una limitazione della sua attività muscolare durante la giornata. Questo sarà soprattutto il caso di pazienti sofferenti di emicrania, in particolare all'inizio del trattamento. Dopo diverse settimane durante le quali il sistema NTI-tss è stato portato di notte, i muscoli si saranno rilassati e l'uso del sistema diurno potrà essere interrotto o limitato solo a certe situazioni.

NTI TSS UNIVERSALE

NTi-tss Universale può essere usato durante il giorno se si cerca una ritenzione maggiore rispetto a quella del tipo Daytime. Il sistema Universale può anche sostituire il sistema Standard Large quando l'elemento di disocclusione (ED) deve essere decisamente ridotto.
In questo caso conviente aggiungere un piccolo ED (una protuberanza) sul sistema Univerale con l'aiuto di una resina ortodontica.
Infine in casi di pazienti con un elevato grado di bruxismo il sistema Universale può essere utilizzato come uno "scivolo" di protezione sugli incisivi antagonisti. In tal caso conviene ridurre l'elemento di disoclusione sulla mandibola opposta.



NTI-TSS

I preformati

Ritenzione normale

Ritenzione elevata

Altezza della disocclusione elevata

NTI TSS STANDARD

Portato di notte

Necessita solitamente di un ritocco (riduzione) dell'elemento di disocclusione

NTI TSS STANDARD LARGE

Portato di notte

Necessità solitamente di una riduzione dell'elemento di disocclusione. E' interessante perchè: permette di guadagnare tempo quando si cerca una ritenzione maggiore, per esempio quando gli incisivi sono molto compromessi o molto corti. Consente di distribuire la carica occlusale su una zona più estesa, soprattutto quando uno degli incisivi è indebolito o mancante.

Altezza della disocclusione media

NTI TSS STANDARD DVR

Portato di notte

L'elemento di disocclusione è meno elevato e la parte mesiale è meno spessa. Permette di guadagnare tempo quando c'è bisogno di una disocclusione meno importante - la forma arrotondata dell'elemento di disocclusione favorisce un buon scivolamento.

Altezza della disocclusione bassa

NTI TSS DAYTIME

Portato di giorno

Se portato di notte = forte rischio di contatto dei canini in laterotrusione. Può essere utilizzato sui denti antagonisti, a contatto con un altro NTI, per prevenire il rischio di incisione nell'elemento di disocclusione in caso di digrignamento molto attivo.

NTI TSS UNIVERSALE

Portato di giorno

Se portato di notte = forte rischio di contatto dei canini in laterotrusione. Permette di guadagnare tempo quando si cerca una ritenzione maggiore, sugli incisivi compromessi o corti - permette di ripartire la carica occlusale su una zona più estesa, soprattutto in caso di un incisivo debole o mancante.



NTI-TSS

I kit e i ricambi

Cofanetto introduttivo:

Il cofanetto contiene:

- 3 preformati Standard a Dimensione Verticale Ridotta (i più frequentemente utilizzati.)
- 2 preformati Standard Classici
- 5 scatole fluorescenti come custodia per il paziente
- Resina termoformabile (sufficiente per 6/7 casi)
- 5 Piani di trattamento
- Brochures informative per la sala d'attesa
- Istruzioni d'uso e protocollo

Ricambi:

Ogni ricambio contiene:

5 preformati NTI-TSS selezionati / 5 scatole fluorescenti come custodia per il paziente / Resina termoformabile (sufficiente per 6/7 casi) / 5 Piani di trattamento / Brochures informative per la sala d'attesa.

Modello Standard DVR
(dimensione verticale ridotta)

Modello Standard

Modello Standard Large

Modello Daytime

Modello Universale

MaxiMedical

MAXI MEDICAL S.r.l.
Via Zumbini 38 - 20143 Milano (MI)
tel. 02.89124838 - fax 02.89124970
www.maximedical.it - maximedical@bec.it